

Schima Sp. z o.o.

ul. Kościelna 6

52 - 314 Wrocław

Tel.: 71/ 339 89 15 Fax.: 71/ 339 82 88

www.schima.pl

biuro@schima.pl

SCHIMA

Mediopt Care®

Moduł przyłączenia głosowego do systemu DECT

Art. Nr.: 9060

Uwagi ogólne



Moduł służy do przyłączenia instalacji telefonicznej do optycznej instalacji przywoławczej poprzez analogowe przyłącze telefoniczne. Dzięki temu możliwe jest nawiązanie komunikacji głosowej między telefonem DECT a dowolnym głosowym terminalem salowym lub manipulatorem pacjenta z funkcją głosową. Wszystkie informacje o przywołaniach w obrębie systemu przywoławczego można przekazać poprzez protokół ESPA do zewnętrznych instalacji sygnalizacyjnych.

Moduł współpracuje z głównymi czołowymi producentami systemów telefonii DECT.

Nie wymaga obsługi przez personel medyczny, może być instalowany w serwerowni lub innych pomieszczeniach technicznych.